Chaise percée et de douche XXL

Mode d’emploi

Chaise percée et de douche XXL

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 +31 (0) 36 522 30 46
info@prestonability.nl www.prestonability.nl

Attention!
Pour s'assurer d'une utilisation correcte et optimale de la chaise percée et de douche XXL, il convient de lire en détail le présent mode d'emploi. Veuillez prêter une attention toute particulière aux instructions assorties d'un .
Le présent objet sera uniquement mis en œuvre par des soignants formés à cet effet et/ou par des personnes ayant reçu et compris des instructions sur l'utilisation du présent produit. L'usage par des personnes non compétentes peut donner lieu à des accidents et à des lésions physiques.

Consignes opérationnelles
La chaise de douche et/ou percée XXL est destinée aux personnes dont le poids ne dépasse pas 325 kg. Elle est conçue comme appui au cours des séances de douche et de WC.

Avertissement: l'utilisation de la chaise par des personnes pesant au-delà de 325 kg (poids limite) entraînera le risque de renversement de la chaise, ce qui est susceptible de blesser tant l'usager que le soignant.

Avertissement: Toujours utiliser la chaise percée et de douche XXL sur un sol dur avec une inclinaison maximale de 3 degrés. Le non-respect de cette consigne crée un risque de renversement de la chaise.

Avant la mise en service de la chaise
S'assurer du bon montage des boulons des appuie-pieds et du dossier dans les orifices latéraux de la chaise. Si vous n'êtes pas sûr du montage correct, ne pas utiliser la chaise, Le non-respect de la présente consigne crée le risque que la chaise ne se disloque, ce qui risque de provoquer des lésions physiques, tant côté utilisateur que côté soignant.

Pendant l'utilisation

Pour éviter que la chaise ne se renverse, toujours la placer sur un sol dur et égal. Si l'usager est capable de prendre place indépendamment dans la chaise, le soignant sera attentif aux techniques de levage utilisées. Cela s'applique également aux lève-patients, aux planches d'accès et aux autres moyens de transfert.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
info@prestonability.nl www.prestonability.nl

Maintenance
Les pièces métalliques du châssis, de l'assise et des accoudoirs se lavent à l'eau et aux nettoyants normaux. En cas d'usage actif de la chaise, en contrôler, toutes les 4 semaines, les boulons et les vis. Les resserrer s'il y a lieu. Le non-respect des consignes susmentionnées en matière d'entretien est susceptible de provoquer des incidents techniques et/ou des accidents.

Note: Pour réparer la chaise, on utilisera exclusivement les pièces de rechange originales (livrées par le biais de l'importateur Preston Ability B.V.) Preston Ability B.V., ainsi que le fabricant qui lui livré ce matériel, ne sauraient être rendus responsables des accidents avec le produit ou des défauts à celui-ci qui résulteraient de réparations par des personnes et/ou des organisations non compétentes ou non formées à cet effet.

Spécifications

Poids maximal de l'utilisateur	325kg
Largeur de l'assise	53cm
Profondeur de l'assise, 3 positions	39/45/51cm
Hauteur de l'assise	38-57cm
Largeur entre les accoudoirs	62.5/71.5cm
Hauteur du dossier	37cm
Hauteur entre le sol et le dessous de l'assise	27-46cm
Largeur totale	69/78cm
Longueur totale	74/80/86cm
Hauteur totale	75-94cm
Poids total	15/16kg

Matériaux
Assise: Mousse PUR moulée
Châssis: acier au chrome-molybdène poudré

Classification ISO: ISO 09 33 03
N° HMI. (base de données AT danoise): 52000

La chaise percée et de douche XXL a été fabriquée et approuvée dans le cadre d'essais conformément à la norme internationale DS/EN 12182:2000.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
✉info@prestonability.nl 🌍 www.prestonability.nl

Preston Ability

Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde
Tél.: 0031 (0)36 53 53 580
Fax: 0031 (0)36 522 30 46
info@prestonability.nl
Pays-Bas